



KERN & SOHN GmbH

Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Germany

www.kern-sohn.com

+0049-[0]7433-9933-0
+0049-[0]7433-9933-149
info@kern-sohn.com

EU-Konformitätserklärung | Déclaration de conformité UE | Dichiarazione di conformità UE

DE Wir erklären hiermit unter alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den nachstehenden Richtlinien übereinstimmt. Das Produkt erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union. Das Produkt wurde unter Berücksichtigung untenstehender Normen gefertigt und entspricht den genannten Richtlinien.

FR Nous déclarons par la présente sous notre entière responsabilité que le produit concerné par cette déclaration respecte les exigences des directives mentionnées ci-après. L'objet de la déclaration décrit ci-dessous est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable. Le produit a été fabriqué conformément aux normes énumérées ci-dessous et est conforme aux directives mentionnées.

IT Con la presente dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto, a cui si riferisce questa dichiarazione, corrisponde alle direttive di seguito riportate. L'oggetto della dichiarazione di cui sotto è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione. Il prodotto è stato fabbricato in conformità alle norme elencate di seguito ed è conforme alle direttive menzionate.

TYPE REF

Typ | Type | Tipo

SN

Seriennr. | N° de série | N° di serie

BFA 6T-3AM
BFB 1T-4AM
BFB 1T-4SAM
BFB 3T-3AM
BFB 3T-3LBM
BFB 600K-1AM
BFB 600K-1SAM
BFB 6T-3AM
BFN 3T-3AM
IFB 300K-2AM
KFB-TAM
KFN-TAM
NFB 1T-1AM
NFB 1T-1LAM
NFB 600K-1AM
NFB 600K-1LAM
TBFN 1.5T-4M-A
TBFN 1.5T-4SM-A
TBFN 600K-1SM-A
TIFB 10K-3LM-A
TIFB 10K-3M-A
TIFB 150K20DM-A
TIFB 150K-2LM-A
TIFB 300K-2M-A
TIFB 30K-2M-A
TIFB 600K-1M-A
TIFB 60K10DLM-A
TIFB 60K-2M-A
TIFB 6K-3M-A
TIFB 6K-3SM-A

XXXXXXXXXX

TNFN 1.5T-1M-A
TNFN 600K-1M-A
TSFB 100K-2HM-A
TSFB 100K-2LM-A
TSFB 100K-2XLM-A
TSFB 15K-3HM-A
TSFB 30K-2HM-A
TSFB 60K-2LHM-A
TSFB 60K-2XLM-A
TUFN 1.5T-4M-A
TUFN 600K-1M-A
UFB 1.5T-4AM
UFB 600K-1AM

CE Kennzeichnung Marquage CE Marcatura CE	EU-Richtlinie Directive UE Direttiva	Normen Normes Norme	Bauartzulassungen Approbation de modèle Approvazioni del tipo
CE	2011/65/EU (RoHS) <i>OJ L 174, 1.7.2011, p. 88-110</i>	EN 63000:2018	
CE	2014/30/EU (EMC) <i>OJ L 96, 29.3.2014, p. 79-106</i>	EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN IEC 61000-3-2:2019	
CE M23 0122 ¹⁾	2014/31/EU (NAWI) <i>OJ L 96, 29.3.2014, p. 107-148</i>	EN 45501:2015	0200-NAWI-06047 ²⁾
CE	2014/35/EU (LVD) <i>OJ L 96, 29.3.2014, p. 357-374</i>	EN 62368-1:2014+A11:2017	

- 1) **DE** Diese CE Kennzeichnung kennzeichnet Konformitätsbewertung durch KERN; Eignung für Anwendungsbereiche nach 2014/31/EU, Kapitel 1. Artikel 1 Pkt. 2 (a bis f). Diese Waagen tragen das Metrologiekennzeichen „M“ gefolgt von der Jahreszahl der EU-Konformitätsbewertung auf dem Gerät. Für die Waage liegt eine EU-Baumusterprüfbescheinigung nach 2014/31/EU vor. Die angegebene Gravitationszone legt den Verwendungsort fest. Ein Wechsel des Gebrauchsortes über die Grenzen des angegebenen Verwendungsbereiches hinaus macht eine erneute Prüfung erforderlich. Die benannte Stelle "NMI Certin BV" (0122) führte das Audit für Modul D gemäß Richtlinie 2014/31/EU durch und stellte das Zertifikat CE-240 für KERN aus.
- FR** Ce marquage CE indique l'évaluation de la conformité par le KERN ; l'aptitude pour les domaines d'application selon 2014/31/UE, chapitre 1, article 1, point 2 (a à f). Ces balances portent la marque de métrologie "M" suivie de l'année de l'évaluation de conformité de l'instrument par l'UE. Un certificat d'examen de type de l'UE selon la directive 2014/31/UE est disponible pour le solde. La zone gravitationnelle spécifiée détermine le lieu d'utilisation. Un changement du lieu d'utilisation au-delà des limites de la zone d'utilisation spécifiée nécessitera un nouveau test. L'organisme notifié NMI Certin BV (0122) effectue des audits pour le module D conformément à la directive 2014/31/UE et a délivré le certificat CE-240 pour KERN.
- IT** La presente marcatura CE indica la valutazione di conformità da parte di KERN; idoneità per i settori di applicazione ai sensi del 2014/31/UE, capitolo 1, articolo 1, punto 2 (da a a f). Queste scale riportano il marchio metrologico "M" seguito dall'anno della valutazione di conformità UE sullo strumento. Per il saldo è disponibile un certificato di esame del tipo UE secondo il 2014/31/UE. La zona gravitazionale specificata determina il luogo di utilizzo. Qualsiasi modifica del luogo di utilizzo oltre i limiti dell'area di applicazione specificata richiederà un nuovo test. L'organismo notificato NMI Certin BV (0122) effettua gli audit per il modulo D secondo la direttiva 2014/31/UE e ha rilasciato il certificato CE-240 per KERN.
- 2) **DE** Die benannte Stelle "FORCE Certification A/S" (0200) hat die EU-Baumusterprüfung durchgeführt und stellte die EU Baumusterprüfbescheinigung Nr. "0200-NAWI-06047" für KERN aus.
- FR** L'organisme notifié "FORCE Certification A/S" (0200) a effectué l'examen UE de type et a délivré le certificat d'examen UE de type n° "0200-NAWI-06047" pour KERN.
- IT** L'organismo notificato "FORCE Certification A/S" (0200) ha effettuato l'esame UE del tipo e ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo n. "0200-NAWI-06047" per KERN.

g = ...

Ort oder Zone: ...

Emplacement ou zone:

Luogo o zona:

Datum | Date | Data: 22.08.2023

Ort der Ausstellung: 72336 Balingen,
Lieu de délivrance: Germany

Luogo del rilascio:

John Doe
KERN & SOHN GmbH



Albert Sauter
KERN & SOHN GmbH

Signatur: Prüfbevollmächtigter
Signature: Représentant agréé
Firma: Delegato

Geschäftsführer
Directeur Exécutif
Amministratore